

“Mekanik MLC QA”

Fiz.Y. Müh. Haluk Orhun
MEDICANA International Ankara Hastanesi

MLC QA ile ilgili AAPM Raporları;

TG 50 Report: Basic applications of Multileaf Collimators (2001).

TG 142 Report: Quality assurance of medical accelerator (2009).

TG 119 Report: IMRT commissioning: Multiple institution planning and dosimetry comparisons, a report from AAPM Task Group 119 (2009).

Ezzel et Al. : Guidance document on delivery, treatment planning, and clinic implementation of IMRT: Report of the IMRT subcommittee of the AAPM radiation therapy committee (2003).

Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(2):81-90

doi: 10.5505/tjoncol.2013.568

DERLEME | REVIEW

Yoğunluk ayarlı radyoterapide kalite kontrol yöntemleri

Quality assurance methods for intensity modulated radiotherapy

Aydın ÇAKIR, Hatice BİLGE



İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik Bilim Dalı, İstanbul

2010

IMRT TEDAVİSİNDE KALİTE KONTROLÜ: MLC TESTLERİ

Medikal Fizik Derneği Eğitim Semineri

Nadir Küçük
Özel Anadolu Sağlık Merkezi



2010

"IMRT TEDAVİSİNDE KALİTE KONTROLÜ: MLC TESTLERİ"

Haluk Orhun
MEDICANA International Ankara Hastanesi




Medikal Fizik Derneği Seminerleri: /"IMRT TEDAVİSİNDE KALİTE KONTROLÜ: MLC TESTLERİ" / 09 Ekim 2010 / ANKARA

AMAÇ: MLC Kalite Kontrolunun, IMRT tedavisindeki rolünü ortaya çıkarmak. Anlamak.

IMRT'de, MLC'lerin planlamadaki (TPS) ve uygulamadaki (tedavi) farklılığı (değişimi) istenmeyen doz dağılımına neden olur.

HEDEF: Başarılı bir MLC Kalite Kontrolu programı

LINAC BAZLI IMRT



VMAT (RapidArc)'ı teknik olarak tanımlayan faktörler:

- Değişken gantry hızı
0.5 – 4.8 derece/sn
- Değişken dose rate
– 0 – 600 MU/dk
- Derece başına değişen doz
– 0.2 – 20 MU/derece
- Değişken MLC Hızı
– 0 – 2.5 cm/sn (5 mm/derece)



TPS'de IMRT Süreci;

Optimizasyon

Hesap
Noktalarının
Yaratılması
(Grid Sayısı)

Leaf
Pozisyonlarının
Hesap Edilmesi
(Leaf Motion Calculations)

Stop and Shoot veya Sliding Window

Her Alan İçin
MU Hesabı

MLC QA

TG 143'e göre MLC Testleri:

TABLE V. Multileaf collimation (with differentiation of IMRT vs non-IMRT machines).

Procedure		Tolerance
Qualitative test (i.e., matched segments, aka "picket fence")	Weekly (IMRT machines)	Visual inspection for discernable deviations such as an increase in interleaf transmission
Setting vs radiation field for two patterns (non-IMRT)	Monthly	2 mm
Backup diaphragm settings (Elekta only)		2 mm
Travel speed (IMRT)		Loss of leaf speed >0.5 cm/s
Leaf position accuracy (IMRT)		1 mm for leaf positions of an IMRT field for four cardinal gantry angles. (<i>Picket fence</i> test may be used, test depends on clinical planning-segment size)
MLC transmission (average of leaf and interleaf transmission), all energies	Annually	$\pm 0.5\%$ from baseline
Leaf position repeatability		± 1.0 mm
MLC spoke shot		≤ 1.0 mm radius
Coincidence of light field and x-ray field (all energies)		± 2.0 mm
Segmental IMRT (step and shoot) test		<0.35 cm max. error RMS, 95% of error counts <0.35 cm
Moving window IMRT (four cardinal gantry angles)		<0.35 cm max. error RMS, 95% of error counts <0.35 cm

MLC Kalite Kontrolü programına etki eden faktörler:

Out-Put

MLC Pozisyon Hassasiyeti ve
Tekrarlanabilirlik,
Dinamik Hareket Hassasiyeti,
Leaf Sızıntısı (InterLeaf-IntraLeaf),
Tong and Grove Etkisi,
MU Lineerliği,
Penumbra,

MLC QA: Out-Put

dMLC Out-Put



Statik Out-Put

Koll:10x10, Ref.
Koşullar, %1



dMLC Out-Put



Gantry ve Kolimatör
açılarına göre

0, 90, 270, 180
derece, Ref.



dMLC Out-Put





Off-Axis: Leaf
hareketine dik

dMLC Out-Put




Off-Axis: Leaf
hareketine paralel

MLC QA: Yerçekimi Etkisi



QA for the Radiotherapy: Salih Arıcan M.Sc.(Sun Nuclear Corporation) başlıklı sunuştan alınmıştır.


MLC QA: Yerçekimi Etkisi





QA for the Radiotherapy: Salih Arıcan M.Sc.(Sun Nuclear Corporation) başlıklı sunuştan alınmıştır.

MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği


MLC Kalibrasyonu: Skew






MLC Kalibrasyonu: IsoLine



MLC Kalibrasyonu: Leaf Gap



MLC QA: dls: Dinamik Leaf Seperas




6 MV
DLG = $0.446 / 0.247$
= 1.8 cm


15 MV
DLG = $0.376 / 0.186$
= 2.0 cm

MLC QA: Leaf geçirgenliği




Inter Leaf Geçirgenliği



Intra Leaf Geçirgenliği



MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği; Picket Fence Testi



MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği, Picket Fence Testi


ASM Sonuçları

Test 1-2. RapidArc Süresince MLC Error Tespiti-Picket Fence Testi

Tek MLC çiftinde 1mm strip yerine 1,5 mm

Tek MLC çiftinde 0,5 mm gap kaydırma

Amaç: RapidArc süresince olası hata tespiti




ASM Hastanesi
Deneyimi

Volümetrik Ark Tedavisinde
Klinik Uygulama Öncesinde
Yapılması Gereken Kabul Testleri
Ve Hazırlıklar

Cemile Ceylan
14-09-2013

MLC QA: Leaf Hızı Uyumu ve Pozisyonu Belirsizliği




Hatalı

Uygun


MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği

MLC ISO Merkez Uygunluğu testi




Çift ışınlama CAX da relatif kaymanın yakalanmasına neden olur.

Tong
and
Groove




Leaf
Sonu


MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği Piramit Testi



Leaf
Yönü




Leaf
Yönü



MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği

Synchronised Segmented Stripes Testi





MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği

- Leaf Pozisyonu iki bağımsız mekanizma tarafından kontrol edilir.
 - a. Leaf motorunda bulunan encoder.
 - b. Carriage
 - 540 counts = 1 mm of linear shift at isocenter
- Leaf
 - 707 counts = 1 mm linear shift for full width leafs
 - 512 counts = 1 mm linear shift for half width leafs at isocenter


MLC QA: Leaf pozisyonu belirsizliği

- **Secondary Feedback motor hareket sayımları ile leaf'in gerçek pozisyonunu kontrol eder.**
 - Carriage
 - Leaf Secondary Feedback – Her leaf ayağında bulunan Seramik bilyeler “Soft Potentiometer”e basınç yaparak durumunu bildirir.
 - Interlock PRO/SPRO :MLC Kontrol mekanizması Soft Pot ile Leaf Motor Encoder Sayımını mukayese eder.



Leaf Motoru (Half and Full)

Encoder



HALF LEAF



MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti

Leaf hızına etki eden faktörler:

1. Leaf aralarına kir veya yağ birikmesi,
TEST: PWM Testi
1. Motoru oluşturan parçalarda bozulma.
TEST: RMS Hata yüzdesi, ve Dynalog File


MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: (Puls Width Modulation) Testi

PWM



MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: (Puls Width Modulation) Testi

PWM




MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: PWM (Puls Width Modulation) Testi

```
-> diagLeafPWMTTestMlc
2A minimum PWMs to move leaves -2.000 from indicated positions (rel.
to crg.) before 2 second timeout.
Leaf    0  -25  -50  -75
A01      8    8    8    8
A02      8    8    8    8
A03     10   10    8   10
...(redundant full leaf lines omitted to minimize displayed data)
A11     14   16   16   16
A12     14   14   14   14
A13     18   18   18   12
...(redundant lines omitted to minimize displayed data)
B59     10   10   10   10
B60     10   10   10   10
Saved PWM test results in MlcData/MLC PWM 20110525 0830.txt.
```

- Eğer PWM testinde değerler full leafler için < 12 , veya half leafler için < 22 ise, müdahaleye gerek yoktur.
- Eğer PWM testinde elde edilen değerler full ve half MLC'ler için > 35 ise for servis hizmeti gereklidir.
- Eğer $12-22 < \text{PWM test değerleri} < 35$ ise bu leaf'ler için özel bir dikkat gereklidir.

MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: Dynalog File



MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: Dynalog File

Bin No.	Error (cm.)	# of Counts	Percent	Percent Sum
1	0.000 - < 0.005	1387	15.16	15.16
2	0.005 - < 0.050	5798	63.35	78.51
3	0.050 - < 0.100	1190	13.00	91.51
4	0.100 - < 0.150	167	1.82	93.33
5	0.150 - < 0.200	282	3.08	96.42
6	0.200 - < 0.250	241	2.63	99.05
7	0.250 - < 0.300	45	0.49	99.54
8	0.300 - < 0.350	20	0.22	99.76
9	0.350 - < 0.400	2	0.02	99.78
10	0.400 - < 0.450	2	0.02	99.80
11	0.450 - < 0.500	7	0.08	99.88
12	0.500 - < 0.550	11	0.12	100.00
13	0.550 - < 0.600	0	0.00	100.00
14	0.600 - < 0.650	0	0.00	100.00
15	0.650 - < 0.700	0	0.00	100.00
16	0.700 - < 0.750	0	0.00	100.00
17	0.750 - < 0.800	0	0.00	100.00
18	0.800 - < 0.850	0	0.00	100.00
19	0.850 - < 0.900	0	0.00	100.00
20	0.900 - < 0.950	0	0.00	100.00
21	0.950 - < 1.000	0	0.00	100.00
22	1 and above	0	0.00	100.00

Bin number


Range of leaf
deviation (at
isocenter) for
that bin

Number of
samples in that
bin
(sampled every
50 us)


Cumulative
percentage
sum of all
samples

Percentage of
the total sample
counts in that bin

MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: Dynalog File



MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: Dynalog File



MLC QA: Leaf hızı hassasiyeti: Dynalog File

MLC RMS Error ve Dynalog File sonuçlarının hastanın her tedavi fraksiyonunda benzer olması beklenir.

Ancak, IMRT'nin uygulamasında kullanılan parametrelerin yüksekliği (Soft veya Hard IMRT) bu yapıyı etkiler.

Acıbadem Maslak Hastanesi
Deneyimi



İLERİ RADYOTERAPİ
TEKNİKLERİNDE
HASTA TEMELLİ QC

GÖRKEM GÜNGÖR

ASM: 14.09.2013

MLC QA: EYLEM PLANI

Published online before print June 6, 2012
The British Institute of Radiology, doi: 10.1259/bjr/46195110

The British Journal of Radiology

A survey of the practice and management of radiotherapy linear accelerator quality control in the United Kingdom

^{1,2}A PALMER, MSc, MIPEM, ¹J KEARTON, MSc, MIPEM and ¹O HAYMAN, MSc, MIPEM

¹Medical Physics Department, Queen Alexandra Hospital, Portsmouth Hospitals NHS Trust, Portsmouth, UK, and ²IPEM South East Central Interdepartmental Audit Group, UK

Objectives: To determine current radiotherapy linear accelerator (linac) quality control (QC) practice in the UK, as a comparative benchmark and indicator of development needs, and to raise awareness of QC as a key performance indicator.

Methods: All UK radiotherapy centres were invited to complete an online

Results: 72% of the UK's 62 radiotherapy centres completed the questionnaire and 40% provided their QC schedules. 60 separate QC tests were identified from the

Table 5. Stated frequency of QC checks and percentage occurrence within submitted physics department QC schedules, for checks not included in IPEM Report 81 [7]

QC test	Included in physics QC schedules	Per patient	Daily	Weekly	Between weekly and monthly	Monthly	Quarterly or six-monthly	Annual
MV/kV imaging quality	43 %	–	22%	11 %	–	45%	11%	11%
kV imaging isocheck and known shifts	22 %	–	40%	20 %	–	40%	–	–
MV/kV imager collision interlocks	9 %	–	50%	–	–	50%	–	–
kV/MV image registration	9 %	–	–	–	–	50%	–	50%
kV imager dose	9 %	–	–	–	50%	50%	–	–
kV/MV imager movement calibration	39 %	–	–	–	–	44%	44%	12%
MLC “picket fence” film	52 %	–	–	16 %	–	42%	42%	–
MLC positions in complex test fields	13 %	–	–	–	34%	66%	–	–
MLC carriage skew	13 %	–	–	–	–	–	100%	–
Output at different dose rates	13 %	–	–	–	–	–	67%	33%
Dynamic wedge profile	35 %	–	–	–	–	25%	50%	25%
<i>In vivo</i> dosimetry check	26 %	–	–	–	17%	66%	17%	–
Table isocentre rotation	44 %	–	–	–	10%	70%	20%	–
Collimator position with electron applicators	44 %	–	–	10 %	10%	50%	20%	10%
Film of matching fields	26 %	–	–	–	–	33%	67%	–
Radiation and light alignment, asymmetric	30 %	–	–	–	14%	29%	43%	14%
IMRT point dose	30 %	100 %	–	–	–	–	–	–
IMRT fluence map	30 %	100 %	–	–	–	–	–	–
MLC sweep gap	40 %	–	25%	25 %	–	25%	25%	–
MLC travel range	10 %	–	–	–	–	–	–	100%
MLC travel speed	19 %	–	–	–	20%	20%	40%	20%
IMRT dose rate constancy	10 %	–	–	–	–	–	–	100%
Radiation protection survey	9 %	–	–	–	–	–	–	100%

IMRT, intensity-modulated radiotherapy; IPEM, Institute of Physics and Engineering in Medicine; kV, ; MLC, multileaf collimator; MV, ; ODI, optical distance indicator; PDD, QC, quality control.

QC test	IPEM Report 81 frequency	Included in physics QC schedules	Daily	Weekly	Between weekly and monthly	Monthly	Quarterly or six-monthly	Annual
Output constancy measurement	Daily	48 %	91 %	9 %	–	–	–	–
Light field size	Daily	52 %	83 %	9 %	–	8 %	–	–
Laser and crosswire alignment	Daily	52 %	75 %	17 %	–	8 %	–	–
Door/maze interlock	Daily	61 %	64 %	7 %	8 %	21 %	–	–
ODI	Daily	48 %	82 %	9 %	9 %	0 %	–	–
Output “calibration” measurement	Weekly	87 %	–	35 %	5 %	60 %	–	–
ODI at different distances	Weekly	44 %	20 %	20 %	20 %	40 %	–	–
Pointers	Weekly	57 %	8 %	23 %	–	62 %	8 %	–
Wedge factor	Weekly	65 %	13 %	20 %	7 %	53 %	6 %	–
Flatness and symmetry at zero gantry angle	2-weekly	70 %	–	6 %	13 %	81 %	–	–
Emergency off switches	Monthly	30 %	14 %	43 %	14 %	29 %	–	–
Shielding tray interlock	Monthly	17 %	–	–	–	75 %	25 %	–
Back-up timer interlock	Monthly	9 %	–	–	–	100 %	–	–
Gantry and collimator rotation scales	Monthly	74 %	12 %	0 %	12 %	64 %	6 %	6 %
Light field dimension, various sizes	Monthly	43 %	10 %	10 %	0 %	50 %	10 %	20 %
Isocentre “quick” check	Monthly	43 %	10 %	10 %	60 %	20 %	–	–
Table lateral and longitudinal scale	Monthly	57 %	8 %	8 %	–	77 %	8 %	–
Table height scale	Monthly	52 %	–	8 %	–	68 %	8 %	16 %
Photon and electron energy, 2-depth measure	Monthly	83 %	–	–	11 %	89 %	–	–
Radiation and light field alignment, at one size	Monthly	74 %	–	–	6 %	82 %	12 %	–
MLC leaf position, standard field	Monthly	43 %	10 %	20 %	10 %	30 %	20 %	10 %
Radiation and light field alignment, other sizes	Quarterly	52 %	–	–	–	34 %	58 %	8 %
Back-up dosimeter and timer	Quarterly	23 %	17 %	–	–	50 %	33 %	–
Field size at extended distance	Quarterly	30 %	–	–	–	–	86 %	14 %
Output variation with gantry angle	Quarterly	65 %	–	–	–	7 %	80 %	13 %
Wedge factor with gantry angle	Quarterly	65 %	–	–	–	20 %	73 %	7 %
Output for non-standard fields	Quarterly	52 %	–	–	–	58 %	8 %	33 %
Flatness and symmetry non-zero gantry angle	Quarterly	61 %	–	–	–	43 %	36 %	21 %
MLC stability with gantry rotation	Quarterly	26 %	–	–	–	33 %	67 %	–
MLC leakage between leaves	Quarterly	43 %	–	–	–	30 %	60 %	10 %
Radiation isocentre	6-monthly	35 %	–	–	–	–	88 %	12 %
Calibration of constancy check device	6-monthly	61 %	–	–	–	57 %	36 %	7 %
Linearity of dosimetry system	6-monthly	78 %	–	–	–	22 %	61 %	17 %
Table deflection under load	Annual	39 %	–	–	–	11 %	11 %	78 %
Isocentre “definitive” check	Annual	35 %	–	–	–	–	12 %	88 %
PDD and profiles in 3D scanning water tank	Annual	48 %	–	–	–	–	–	100 %
Field size reproducibility	Annual	9 %	–	–	–	–	50 %	50 %

3D, three-dimensional; IPEM, Institute of Physics and Engineering in Medicine; MLC, multileaf collimator; ODI, optical distance indicator; PDD, percentage depth dose; QC, quality control.

SONUÇLAR

1. MLC bazlı IMRT uygulamasındaki hatalar sıklıkla tehlikeli değildir.
2. Fakat sıklıkla görülmeyen bazı hatalar çok anlamlı sorunlar yaratabilir.
3. MLC, özellikle dMLC ile birlikte fluence değişiminin orkestrasyonu daime ileri bir çalışma gerektirir.

SONUÇLAR

3. Bu nedenle, uygulama hatalarının boyutunu görebilmek için, periyodik yöntemlere gereksinim vardır.

TEŞEKKÜRLER

