


IAEA-TRS 398 Foton Enerjilerinde Su Fantomu/Katı Fantom Ölçümleri ve Doz Kalibrasyonu




Prof.Dr.Bahar DİRİCAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gülhane Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD.

26 Ekim 2024- İstanbul



Soğurulan Doz


- ❖ Kütle birimi başına soğurulan enerji
- ❖ SI birimi Gray (Gy)

$$\star 1 \text{ Gy} = 1 \text{ Joule} / 1 \text{ kilogram}$$

$$\star 1 \text{ rad} = 100 \text{ erg} / 1 \text{ gram}$$

$$\star 1 \text{ Gy} = 100 \text{ cGy} = 100 \text{ rad}$$

- ❖ Medikal alanda deneysel çalışmalarda insan vücudunun büyük bir kısmı su olduğundan soğurucu ortam olarak su kullanılır.



Soğurulan Doz


- ❖ Kerma (Kinetic Energy Relaxed in Material, sometimes per unit mass)

☞
$$K = \frac{d_{E_{tr}}}{d_m} \quad \text{Birimi J. Kg}^{-1} \text{ (Gy)'dir}$$


☞ $d_{E_{tr}}$: d_m kütlesinde fotonların etkileşimi ile serbest bırakılan bütün yüklü parçacıkların kinetik enerjilerinin toplamıdır.


KERMA

- ❖ Kerma (Kinetic Energy Relaxed in Material, sometimes per unit mass)




Derin doz eğrileri





Dozimetri Protokolleri

- **AAPM** (American Association of Physics in Medicine, Kuzey Amerika)
- **IPEMB** (Institution of Physics and Engineering in Medicine and Biology, İngiltere)
- **DIN** (Deutsches Institut für Normung, Almanya)
- **NCS** (Nederlandse Commissie Voor Stralingsdosimetrie, Hollanda ve Belçika)
- **NACP** (The Nordic Association of Clinical Physics, İskandinav Ülkeleri)
- **ICRU** (International Commission on Radiation Units and Measurements, Uluslararası)
- **IAEA** (International Atomic Energy Agency, Uluslararası)




IAEA Dozimetri Protokolleri

TRS, Technical Reports Series.

- ① **TRS-277**, Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams an International Code of Practice (1987,1997).
- ② **TRS-374**, Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy (1997).
- ③ **TRS-381**, The Use of Plane Parallel Ionization Chambers in High Energy Electron and Photon Beams (1997).
- ④ **TRS-398**, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy (2000, 2024).


Hava Kerma Temelli Uluslararası Protokol




TECHNICAL REPORTS SERIES No. **277**

Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams

An International Code of Practice




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 1987



Ölçüm Zinciri


- Ölçüm zincirinde ilk adım kalibrasyon faktörleridir.
 - Işınlama
 - Hava Kerma
 - Soğurulan Doz
 - PSDL (Primary Standart Dosimetry Laboratory)
 - SSDL (Secondary Standart Dosimetry Laboratory)



İkincil Standart (Sekonder) Dozimetri Laboratuvarları

Türkiye'deki İkincil Standart (Sekonder) Dozimetri Laboratuvarları;

- ❖ Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,
ÇNAEM (İstanbul)
- ❖ Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
SANAEM (Ankara)



Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi

- ❖ Elektrometre ve İyon Odaları
- ❖ Fantomlar (su, katı su, polystyrene, acrylics)
- ❖ Referans ortam, su

Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi



Farmer Marka 2570/1B
Model Elektrometre




Wellhöfer Marka Dose 1
Model Elektrometre

Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi



Silindirik iyon odası
Farmer Tipi 0.6 cc NE



Paralel Düzlem İyon odası
Wellhöfer PPC 40

Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi



Silindirik iyon odası (Buildup cap'li)
Farmer Tipi 0.6 cc NE



Silindirik iyon odası (Buildup cap'siz)
Farmer Tipi 0.6 cc NE


Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi



Su Fantomu




Kati su Fantomu



İyon Odalarının Tasarımları


- ❖ Silindirik geometri tasarımlı iyon odaları ile yapılan ölçümlerde yöne bağımlılık yoktur.
- ❖ Paralel düzlem tasarımlı iyon odaları ile gelen ışınlar bir pencereden geçtikten sonra hassas hacme ulaşırlar, bu nedenle pencere ölçülecek radyasyon tarafına yönlendirilmelidir.



İyon Odaları

Silindirik iyon odaları :


- ❖ İç çapları 7 mm'den küçük, iç uzunlukları 25 mm'den kısadır.
- ❖ İyon odasının yapısı olabildiğince homojen olmalıdır.
- ❖ İyon odasının duvar materyali ve buildup cap materyalinin aynı olması gerekmez. Ancak her ikisinin bileşimi de bilinmelidir.
- ❖ Dış basınç koşulları ile çabuk dengeye gelecek şekilde dizayn edilmiştir.
- ❖ İyon odalarının karakteristikleri Tablo-II'de verilmiştir.



İyon Odaları


Paralel Düzlem iyon odaları :

- ❖ Paralel düzlem iyon odalarında plakalar arasındaki mesafe 2 mm'den ve toplayıcı elektrotların yarıçapı 20 mm'den az olmamalıdır.
- ❖ Pencerenin önü ince olmalıdır, 1 mm'den küçük olması tercih edilir.
- ❖ Kaviteyi çevreleyen materyal su eşdeğeri olmalıdır. Yani kütle çarpışma durdurma gücü ve lineer saçılma gücü su gibi olmalıdır.



Fantomlar

- Soğurulan doz ölçümlerinde, foton ve elektron demetlerinin her ikisi için de fantom olarak su önerilir.
- İletken olmayan plastik fantomların kullanımı büyük dikkat gerektirir. Bu fantomlarda, birçok araştırmacı tarafından özellikle elektron demetlerinin ölçümlerinde yük birikmesi olduğu gösterilmiştir. Bu yük birikmesi iyon odası civarında elektrik alanı oluşturur, bu da elektron akımını kaviteye doğru yönelterek bir sinyal artışına neden olur. Bu nedenle soğurulan doz ölçümünde **elektronlar için daima su ya da iletken plastik fantomlar** kullanılmalıdır.



Fantom Boyutları

- Ölçüm derinliğinde dört kenardan en geniş alan için 5'er cm pay olmalıdır. 5 cm pay, ölçüm yapılan maksimum derinliğin ötesinde de olmalıdır.



TECHNICAL REPORTS SERIES No. **398**


Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy

An International Code of Practice for Dosimetry
Based on Standards of Absorbed Dose to Water

Sponsored by the IAEA, WHO, PAHO and ESTRO



INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 2000



TECHNICAL REPORTS SERIES No. 398

**Absorbed Dose Determination
in External Beam Radiotherapy**
An International Code of Practice
for Dosimetry based on
Standards of Absorbed Dose to Water

PUBLISHED ON BEHALF OF IAEA, WHO, PAHO and ESTRO




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 2000

TRS-398: published in 2000 on behalf IAEA, WHO, PAHO and ESTRO

International Atomic Energy Agency





TECHNICAL REPORTS SERIES NO. **398**
(REV. 1)

Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy


**An International Code of Practice
for Dosimetry Based on Standards of
Absorbed Dose To Water**

Endorsed by the European Society for Radiotherapy and Oncology



IAEA

International Atomic Energy Agency




TECHNICAL REPORTS SERIES No. 398 (Rev. 1)

ABSORBED DOSE DETERMINATION IN EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY

AN INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE
FOR DOSIMETRY BASED ON STANDARDS OF
ABSORBED DOSE TO WATER

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
VIENNA, 2024



TRS-398


- $N_{D,W}$ formalizm temeline dayanır.
- Q_0 kalibrasyon kalitesinde

☞ $D_{W,Q_0} = M_{Q_0} N_{D,W,Q_0}$

- Diğer Q kullanıcı kalitesinde (fotonlar,elektronlar, ağır parçacıklar)

☞ $D_{W,Q} = M_Q N_{D,W,Q_0} k_{Q,Q_0}$


☞ k_{Q,Q_0} : Demet kalite faktörüdür.



TRS-398

Demet Kalite Spesifikasyonu

- Foton demetleri :
 - Sabit SCD'de iki farklı derinlikteki dozların oranı $\text{TPR}_{20,10}$ (elektron kontaminasyonundan bağımsız) (^{60}Co TPR değil)



Demet Kalite Spesifikasyonu

- Demet Kalitesi ($\text{TPR}_{20,10}$ 'nun belirlenmesi):

☞
$$\text{TPR}_{20,10} = \frac{D_{20}}{D_{10}} \approx \frac{M_{20}}{M_{10}}$$


☞ $\text{SCD} = \text{sabit} = 100 \text{ cm}$

☞ $d_2 = 20 \text{ g / cm}^2$

☞ $d_1 = 10 \text{ g / cm}^2$

☞ Alan = 10 cm x 10 cm (SCD = 100 cm'de)

Beam Quality: determination of $\text{TPR}_{20,10}$




$$\Rightarrow M_{10}$$

$$\Rightarrow M_{20}$$

$$\text{TPR}_{20,10} = \frac{D_{20}}{D_{10}} \approx \frac{M_{20}}{M_{10}}$$





Demet Kalite Spesifikasyonu

- Demet Kalitesi :

☞
$$\text{PDD}_{20,10} = \frac{D_{20}}{D_{10}} \approx \frac{M_{20}}{M_{10}}$$

☞
$$\text{TPR}_{20,10} = 1.2661 \text{ PDD}_{20,10} - 0.0595$$


☞ SCD = sabit = 100 cm

☞ $d_2 = 20 \text{ g / cm}^2$

☞ $d_1 = 10 \text{ g / cm}^2$

☞ Alan = 10 cm x 10 cm (SCD = 100 cm'de)

Beam Quality: determination of $TPR_{20,10}$




$$\Rightarrow M_{10}$$

$$\Rightarrow M_{20}$$

$$PDD_{20,10} = \frac{D_{20}}{D_{10}} \approx \frac{M_{20}}{M_{10}}$$

$$TPR_{20,10} = 1.2661 PDD_{20,10} - 0.0595$$







İyon odasının referans noktası

- ★ Silindirik : İyon odasının merkezi
- ★ Paralel düzlem : Hava kavitesinin önü

Reference point of measurement




cylindrical chambers




plane-parallel
chambers





k_{Q,Q_0} için tavsiyeler

- ❶ Kullanıcı iyon odası için k_{Q,Q_0} 'ın doğrudan ölçülebilir
- ❷ Q_0 olarak ^{60}Co ile hesaplanan k_Q günümüzde en genel pratik olandır
- ❸ Geniş kapsamlı deneysel değerlerden iyon odalarının geniş bir örneği yalnız standart laboratuvarlar tarafından bulunan k_{Q,Q_0} değerleri kullanılabilir. Standart laboratuvarlarda bulunmamışsa tavsiye edilmez.



Farmer Graphite/aluminum iyon odası 0.6 cc

TABLE II. CHARACTERISTICS OF CERTAIN IONIZATION CHAMBERS USED IN RADIOTHERAPY DOSIMETRY

	Internal length (mm)	Internal radius (mm)	Wall material	t_{wall} $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2}$	Cap material	t_{cap} $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2}$
CAPINTEC 0.07 cm ³ PR-05P minichamber	6.0	2.0	C-552	0.210	Polystyrene	0.568
CAPINTEC 0.14 cm ³ PR-05 minichamber	12.0	2.0	C-552	0.210	Polystyrene	0.568
CAPINTEC 0.65 cm ³ PR-06C Farmer type	22.0	3.2	C-552	0.050	C-552	0.924
CAPINTEC 0.65 cm ³ PR-06C Farmer type	22.0	3.2	C-552	0.050	Polystyrene	0.539
CAPINTEC 0.65 cm ³ PR-06C Farmer type	22.0	3.2	C-552	0.050	PMMA	0.547
CAPINTEC 0.60 m ³ (from AAPM)	23.8	3.25	Graphite	0.046	PMMA	0.625
EXRADIN 0.5 cm ³ Al (2 mm cap)	9.7	4.7	C-552	0.182	C-552	0.356
EXRADIN 0.5 cm ³ Al (4 mm cap)	9.7	4.7	C-552	0.182	C-552	0.712
EXRADIN 0.5 cm ³ T2	9.7	4.7	A-150	0.115	A-150	0.450
EXRADIN 0.05 cm ³ T1 min Shonka	7.2	2.0	A-150	0.117	A-150	0.450
FZS 0.4 cm ³ TK01 waterproof	12.0	3.5	Delrin	0.071	Delrin	0.430
FAR WEST TECH 0.1 cm ³ IC-18	9.5	2.3	A-150	0.183	A-150	0.386
NE 0.20 cm ³ 2515	7.0	2.95	Tufnol	0.074	PMMA	0.543
NE 0.20 cm ³ 2515/3	7.0	3.15	Graphite	0.0655	PMMA	0.543
NE 0.20 cm ³ 2577	8.3	3.15	Graphite	0.0655	Delrin	0.5515
NE 0.60 cm ³ Farmer 2505 '54-'59 ^a	24.0	2.95	Tufnol	0.075	PMMA	0.415
NE 0.60 cm ³ Farmer 2505 '59-'67 ^a	24.0	2.95	Tufnol	0.075	PMMA	0.545
NE 0.60 cm ³ Farmer 2505/A '67-'74 ^a	24.0	2.95	Nylon 66	0.063	PMMA	0.545

TABLE II (cont.)

	Internal length (mm)	Internal radius (mm)	Wall material	t_{wall} $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2}$	Cap material	t_{cap} $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2}$
NE 0.60 cm ³ Farmer 2505/3, 3A '71-'79 ^a	24.0	3.15	Graphite	0.065	PMMA	0.551
NE 0.60 cm ³ Farmer 2505/3, 3B '74-present ^a	24.0	3.15	Nylon 66	0.041	PMMA	0.551
NE 0.60 cm ³ Guarded Farmer 2571	24.0	3.15	Graphite	0.065	Delrin	0.551
NE 0.60 cm ³ Robust Farmer 2581	24.0	3.15	A-150	0.040	PMMA	0.584
NE 0.60 cm ³ Robust Farmer 2581 (polystyrene cap)	24.0	3.15	A-150	0.0407	Polystyrene	0.584
NE 0.325 cm ³ NPL Sec Std 2561	9.2	3.7	Graphite	0.090	Delrin	0.600
PTW 0.6 cm ³ 23333 (3 mm cap)	21.9	3.05	PMMA	0.059	PMMA	0.356
PTW 0.6 cm ³ 23333 (4.6 mm cap)	21.9	3.05	PMMA	0.053	PMMA	0.551
PTW 0.4 cm ³ 233331	21.9	2.35	PMMA	0.142	PMMA	0.551
PTW 0.3 cm ³ Normal M233332	18.0	2.5	PMMA	0.059	PMMA	0.356
PTW 1 cm ³ Transit M233331	22.0	4.0	PMMA	0.059	PMMA	0.356
PTW 0.3 cm ³ Waterpr M2333641	15.1	2.75	PMMA	0.089	PMMA	0.356
VICTOREEN 0.1 cm ³ Radocon II 555	4.3	2.5	Delrin	0.529		
VICTOREEN 0.3 cm ³ Radocon III	23.0	2.4	Polystyrene	0.117	PMMA	0.481
VICTOREEN 0.30 cm ³ 30-348	18.0	2.5	PMMA	0.06	PMMA	0.36
VICTOREEN 0.60 cm ³ 30-351	23.0	3.05	PMMA	0.06	PMMA	0.36
VICTOREEN 1.00 cm ³ 30-349	22.0	4.0	PMMA	0.06	PMMA	0.36
SSI Graphite	17.9	4.0	Graphite	0.084	Graphite	0.384
SSI A-150	17.9	4.0	A-150	0.056	A-150	0.373

^a Year of manufacture.

TABLE 5. CHARACTERISTICS OF PLANE PARALLEL CHAMBER
TYPES FOR MEGAVOLTAGE PHOTON AND ELECTRON BEAMS
(adapted from Ref. [10])

Ionization chamber type	Materials	Window thickness	Electrode spacing	Collecting electrode diameter	Guard ring width
Exradin A10 Markus type chamber	Kapton window C-552 body	3.86 mg/cm ² 0.05 mm	2 mm	5.4 mm	4.3 mm
Exradin 11* Roos type chamber	Wall and electrode in model P11: polystyrene equiv. model A11: C-552	1 mm polystyrene (P11) C-552 (A11)	2 mm	20 mm	4.4 mm
IBA PPC05	C-552 window and body Graphited (PEEK ^b) electrode	176 mg/cm ² 1 mm	0.5 mm	10 mm	3.5 mm
IBA PPC40 Roos type chamber	PMMA and graphite window Graphited electrode	118 mg/cm ² 1 mm	2 mm	16 mm	4 mm
IBA NACP	Mylar foil and graphite window, PMMA body Graphited electrode	104 mg/cm ² 0.6 mm	2 mm	10 mm	3 mm
PTW 34001 Roos type chamber	PMMA and graphite window Graphited electrode	132 mg/cm ² 1.13 mm	2 mm	16 mm	4 mm

TABLE 5. CHARACTERISTICS OF PLANE PARALLEL CHAMBER TYPES FOR MEGAVOLTAGE PHOTON AND ELECTRON BEAMS
(adapted from Ref. [10]) (cont.)

Ionization chamber type	Materials	Window thickness	Electrode spacing	Collecting electrode diameter	Guard ring width
PTW 34045 Advanced Markus type chamber	Polyethylene foil window PMMA cap, PMMA body	106 mg/cm ² 1.3 mm (incl. cap)	1 mm	5 mm	2 mm
PTW 23343 ^c Markus type chamber	Polyethylene foil window PMMA cap, PMMA body	106 mg/cm ² 1.3 mm (incl. cap)	2 mm	5.3 mm	0.2 mm
Sun Nuclear SNC350p Roos type chamber	PMMA and graphite window Graphited electrode	n.a. ^d	2 mm	15.6 mm	4.1 mm

^a Exradin T11 is no longer recommended because of the hygroscopic nature of A-150 plastic.

^b Polyetheretherketone (C₁₉H₁₈O₃) 1.265 g/cm³.

^c The PTW 23343 (Markus) chamber is included here, despite having a narrower guard ring than specified in Section 4.2.1, as it is still commonly used for a range of beam modalities and applications.

^d n.a.: not applicable

TABLE 4. CHARACTERISTICS OF PLANE-PARALLEL CHAMBER TYPES (adapted from Ref. [21])

Ionization chamber type ^a	Materials	Window thickness	Electrode spacing	Collecting electrode diameter	Guard ring width	Recommended phantom material
NACP01 (Scanditronix) Calcam-1 (Dosetek)	Graphite window, graphited rexolite electrode, graphite body (back wall), rexolite housing	90 mg/cm ² 0.5 mm	2 mm	10 mm	3 mm	Polystyrene Graphite Water (with water-proof housing)
NACP02 (Scanditronix) Calcam-2 (Dosetek)	Mylar foil and graphite window, graphited rexolite electrode, graphite body (back wall), rexolite housing	104 mg/cm ² 0.6 mm	2 mm	10 mm	3 mm	Water, PMMA
Markus chamber PTW 23343 NA 30-329 NE 2534	Graphited polyethylene foil window, graphited polystyrene collector, PMMA body, PMMA cap	102 mg/cm ² 0.9 mm (incl. cap)	2 mm	5.3 mm	0.2 mm	Water, PMMA
Scdx-Wellhöfer PPC 05	Window and body C-552, graphited (PEEK ^b) electrode	176 mg/cm ² 1 mm	0.5 mm	10 mm	3.5 mm	Water
Holt chamber (Memorial) NA 30-404	Graphited polystyrene wall and electrode, polystyrene body	416 mg/cm ² 4 mm	2 mm	25 mm	5 mm	Polystyrene (phantom integr.)

TABLE 4. (cont.)

Capintec PS-033	Aluminized mylar foil window, carbon impregnated air equivalent, plastic electrode, polystyrene body	0.5 mg/cm ² 0.004 mm	2.4 mm	16.2 mm	2.5 mm	Polystyrene
Exradin 11	Conducting plastic wall and electrodes Model P11: polystyrene equivalent Model A11: C-552, air equivalent Model T11: A-150, tissue equivalent	P11: 104 mg/cm ² 1 mm	2 mm	20 mm	5.1 mm	P11: polystyrene water
Roos chamber PTB FK6 PTW 34001 Scdx-Wellhöfer PPC 35 Scdx-Wellhöfer PPC 40	PMMA, graphited electrodes	118 mg/cm ² 1 mm	2 mm	16 mm	4 mm	Water PMMA
Attix chamber RMI 449	Kapton conductive film window, graphited polyethylene collector, solid water body	4.8 mg/cm ² 0.025 mm	1 mm (0.7 mm reported)	12.7 mm	13.5 mm	Solid water

^a Some of the chambers listed in this table fail to meet the minimum requirements described in Section 4.2.1. However, they have been included because of their current clinical use.


^b Polyetheretherketone (C₁₉H₁₈O₃) 1.265 g/cm³.


Radyasyon Demet Geometrisi

- ◆ Demet hizası ve konumu;

- ⇒ Kolimatör dönme eksenini
- ⇒ Geometrik demet eksenini
- ⇒ Radyasyon demet eksenini
- ⇒ Işık demet eksenini








Suda soğurulan dozun belirlenmesi

- ✧ Polarite Etkisi : İyon odasının polarite etkisi, özellikle paralel düzlem iyon odaları için kontrol edilmelidir ve Tablo I'de verilen limitler içinde bulunmalıdır. Bu etki, düşük enerjili elektronlar için büyük olabilir. Pratikte genellikle yalnız bir polarite kullanılır.

☞
$$M = \frac{|M_+| + |M_-|}{2}$$



Suda soğurulan dozun belirlenmesi

- ★ Rekombinasyon düzeltme faktörü P_s 'yi belirlemek için deneysel bir yöntem tavsiye edilir. "İki-voltaj" yöntemi olarak adlandırılan yöntem basittir. Bu yöntem aynı ışınlama koşulları için kullanılan 2 farklı V_1 (normal çalışma bias voltajı) ve V_2 voltajları için toplanan Q_1 ve Q_2 yüklerinin ölçümüne dayanır.
- ★ V_1 normal çalışma bias voltajında puls ve puls taramalı radyasyon için;

$$\text{☞ } P_s = a_0 + a_1 \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right) + a_2 \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right)^2$$

- ★ Burada a_i sabitleri, Tablo VIII ve IX'dan bulunabilir. Sürekli radyasyon için P_s şekil 13'te verilmiştir.

TABLE VIII. QUADRATIC FIT COEFFICIENTS FOR PULSED RADIATION AS A FUNCTION OF THE VOLTAGE RATIO V_1/V_2

These coefficients are used to calculate p_s by the two-voltage technique using $p_s = a_0 + a_1(Q_1/Q_2) + a_2(Q_1/Q_2)^2$. (From Weinhaus and Meli [74])

Voltage ratio	a_0	a_1	a_2
2.0	2.337	-3.636	2.299
2.5	1.474	-1.587	1.114
3.0	1.198	-0.8753	0.6773
3.5	1.080	-0.5421	0.4627
4.0	1.022	-0.3632	0.3413
5.0	0.9745	-0.1875	0.2135
6.0	0.9584	-0.1075	0.1495
8.0	0.9502	-0.03732	0.08750
10.0	0.9516	-0.01041	0.05909

TABLE IX. QUADRATIC FIT COEFFICIENTS FOR PULSED SCANNED RADIATION AS A FUNCTION OF VOLTAGE RATIO V_1/V_2

These coefficients are used to calculate p_s by the two-voltage technique using $p_s = a_0 + a_1(Q_1/Q_2) + a_2(Q_1/Q_2)^2$. (From Weinhaus and Meli [74])

Voltage ratio	a_0	a_1	a_2
2.0	4.711	-8.242	4.533
2.5	2.719	-3.977	2.261
3.0	2.001	-2.402	1.404
3.5	1.665	-1.647	0.9841
4.0	1.468	-1.200	0.7340
5.0	1.279	-0.7500	0.4741
6.0	1.177	-0.5081	0.3342
8.0	1.089	-0.2890	0.2020
10.0	1.052	-0.1896	0.1398

TABLE 10. QUADRATIC FIT COEFFICIENTS FOR THE CALCULATION OF k_s BY THE TWO VOLTAGE TECHNIQUE IN PULSED AND PULSED-SCANNED RADIATION AS A FUNCTION OF THE VOLTAGE RATIO V_1/V_2 [117]

V_1/V_2	Pulsed			Pulsed-scanned		
	a_0	a_1	a_2	a_0	a_1	a_2
2.0	2.337	-3.636	2.299	4.711	-8.242	4.533
2.5	1.474	-1.587	1.114	2.719	-3.977	2.261
3.0	1.198	-0.875	0.677	2.001	-2.402	1.404
3.5	1.080	-0.542	0.463	1.665	-1.647	0.984
4.0	1.022	-0.363	0.341	1.468	-1.200	0.734
5.0	0.975	-0.188	0.214	1.279	-0.750	0.474

subsequently only at voltages within the linear range, in which case the use of the two voltage method is valid, taking into account the requirements about recombination given in Table 3.




FIG. 13. The correction factor for recombination p_s in continuous radiation beams (from SEFM [9]). The 'two-voltage' method is used to determine the ratio of collected charges (or electrometer readings) Q_1/Q_2 (see text).

TABLE 11. GENERIC VALUES FOR THE VOLUME AVERAGING CORRECTION FACTOR IN FLATTERING FILTER FREE BEAMS OF CLINICAL ACCELERATORS

Cavity length, L (cm)	Beam quality index, $\text{TPR}_{20,10}$					
	0.6	0.63	0.66	0.69	0.72	0.75
0.5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.0	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001	1.001
1.5	1.000	1.001	1.001	1.001	1.002	1.002
2.0	1.000	1.001	1.002	1.002	1.003	1.004
2.5	1.001	1.002	1.003	1.004	1.005	1.006

TRS-398


- İyon odaları: Yüksek enerjili foton demetlerinde referans dozimetri için yalnız silindirik iyon odaları tavsiye edilir.
- Fantomlar: Referans fantom sudur. Yatay demetlerde fantom penceresi 0.2 - 0.5 cm kalınlığında plastik olmalıdır. İyon odası pozisyonlanırken pencerenin su eşdeğeri kalınlığı hesaba katılmalıdır. $(t_{win} d_{pl})$; $d_{PMMA} = 1.19 \text{ g/cm}^3$
 $d_{polystrene} = 1.06 \text{ g/cm}^3$

TRS 398

Foton demet kalitesi tayini referans koşulları

- Fantom materyali : su
- İyon odası tipi : silindirik veya paralel düzlem
- Ölçüm derinlikleri : 20 g/cm^2 ve 10 g/cm^2
- İyon odasının referans noktası: silindirik iyon odası için merkezi eksen üzerinde kavite hacminin merkezinde ; paralel düzlem için merkezi eksen üzerinde pencerenin iç yüzeyinde
- İyon odası referans noktası konumu SCD: 100 cm
- SCD de alan: 10 cm x 10 cm

Beam Quality: determination of $TPR_{20,10}$




$$\Rightarrow M_{10}$$

$$\Rightarrow M_{20}$$

$$TPR_{20,10} = \frac{D_{20}}{D_{10}} \approx \frac{M_{20}}{M_{10}}$$





Demet Kalite Spesifikasyonu

- Demet Kalitesi ($\text{TPR}_{20,10}$ 'nun belirlenmesi):

$$\text{TPR}_{20,10} = \frac{D_{20}}{D_{10}} \approx \frac{M_{20}}{M_{10}}$$

↪ SCD = sabit = 100 cm

↪ $d_2 = 20 \text{ g / cm}^2$


↪ $d_1 = 10 \text{ g / cm}^2$

↪ Alan = 10 cm x 10 cm (SCD = 100 cm'de)

TRS 398

Yüksek enerjili Foton demetlerinde **suda soğurulan doz** tayini referans koşulları


- Fantom materyali :su İyon odası tipi: Silindirik
- Ölçüm derinliği z_{ref} :
 - TPR $20,10 < 0.7$ 10 g / cm²(veya 5 g / cm²)
 - TPR $20,10 \geq 0.7$ 10 g / cm²
- İyon odasının referans noktası: Merkezi eksen üzerinde kavite hacminin merkezinde
- İyon odasının referans noktasının konumu: ölçüm derinliği olan z_{ref}
- SSD/SCD 100 cm ; Alan boyutu: 10cmX10 cm




İyon odasının referans noktası

- ★ Silindirik : İyon odasının merkezi
- ★ Paralel düzlem : Hava kavitesinin önü

Reference point of measurement




cylindrical chambers



plane-parallel
chambers






k_{Q,Q_0} için tavsiyeler

- ❶ Kullanıcı iyon odası için k_{Q,Q_0} 'ın doğrudan ölçülebilir
- ❷ Q_0 olarak ^{60}Co ile hesaplanan k_Q günümüzde en genel pratik olandır
- ❸ Geniş kapsamlı deneysel değerlerden iyon odalarının geniş bir örneği yalnız standart laboratuvarlar tarafından bulunan k_{Q,Q_0} değerleri kullanılabilir. Standart laboratuvarlarda bulunmamışsa tavsiye edilmez.

TRS-398



$$N_{D,w,Q}$$

$$k_{Q,Q_0} = \frac{N_{D,w,Q_0}}{N_{D,w,Q}}$$

$$N_{D,w,Q_0}$$

Referans kalite Q_0 Co-60 ise ,

$$k_{Q,Q_0} = k_Q$$

$$N_{D,w,Q_0} = N_{D,w}$$

$$Q_0 = 6 \text{ MV}$$

$$Q_{\text{int}} = {}^{60}\text{Co} \quad \gamma \text{ ışınları}$$

$$Q = 18 \text{ MV}$$

$$\begin{aligned} 18 \text{ MV}, 6 \text{ MV} &= \frac{N_{D,W,18 \text{ MV}}}{N_{D,W,6 \text{ MV}}} = \frac{N_{D,W,18 \text{ MV}}}{N_{D,W,{}^{60}\text{Co}}} \frac{N_{D,W,{}^{60}\text{Co}}}{N_{D,W,6 \text{ MV}}} \\ &= \frac{k_{18 \text{ MV}, {}^{60}\text{Co}}}{k_{6 \text{ MV}, {}^{60}\text{Co}}} = \frac{k_{18 \text{ MV}}}{k_{6 \text{ MV}}} \end{aligned}$$

TRS-398




Fig. 6.2. Sigmoidal fits of calculated values of k_Q for various cylindrical ionization chambers commonly used for reference dosimetry, as a function of photon beam quality Q ($TPR_{20,10}$). Open symbols correspond to graphite-walled ionization chambers, solid symbols to plastic-walled chambers. Data from Table 6.III.

6.9. Worksheet

Determination of the absorbed dose to water in a high-energy photon beam

User: _____ Date: _____

1. Radiation treatment unit and reference conditions for $D_{w,Q}$ determination

Accelerator: _____ Nominal Acc Potential: _____ MV
 Nominal dose rate: _____ MU min^{-1} Beam quality, Q ($TPR_{20,10}$): _____
 Reference phantom: water Set up: ☐ SSD ☐ SAD
 Reference field size: 10x10 cm x cm Reference distance (cm): _____
 Reference depth z_{ref} : _____ g cm^{-2}

2. Ionization chamber and electrometer

Ionization chamber model: _____ Serial no.: _____
 Chamber wall material: _____ thickness: _____ g cm^{-2}
 Waterproof sleeve material: _____ thickness: _____ g cm^{-2}
 Phantom window material: _____ thickness: _____ g cm^{-2}
 Absorbed-dose-to-water calibration factor N_{D,w,Q_0} _____ ☐ Gy nC^{-1} ☐ Gy rdg^{-1}
 Calibration quality Q_0 : ☐ ^{60}Co ☐ photon beam Calibration depth: _____ g cm^{-2}
 If Q_0 is photon beam, give $TPR_{20,10}$: _____
 Reference conditions for calibration P_s : _____ kPa T_w : _____ $^{\circ}\text{C}$ Rel. humidity: _____ %
 Polarizing potential V_i : _____ V Calibration polarity: ☐ +ve ☐ -ve ☐ corrected for polarity effect
 User polarity: ☐ +ve ☐ -ve
 Calibration laboratory: _____ Date: _____
 Electrometer model: _____ Serial no.: _____
 Calibrated separately from chamber: ☐ yes ☐ no Range setting: _____
 If yes Calibration laboratory: _____ Date: _____

3. Dosimeter reading³ and correction for influence quantities

Uncorrected dosimeter reading at V_i and user polarity: _____ ☐ nC ☐ rdg
 Corresponding accelerator monitor units: _____ MU
 Ratio of dosimeter reading and monitor units: M_i = _____ ☐ nC MU^{-1} ☐ rdg MU^{-1}
 (i) Pressure P : _____ kPa Temperature T : _____ $^{\circ}\text{C}$ Rel. humidity (if known): _____ %
 $k_{TP} = \frac{(273.2 + T) P_s}{(273.2 + T_s) P} =$ _____
 (ii) Electrometer calibration factor k_{em} : ☐ nC rdg^{-1} ☐ dimensionless $k_{cal} =$ _____
 (iii) Polarity correction⁴ rdg at $+V_i$: M_+ = _____ rdg at $-V_i$: M_- = _____
 $k_{pol} = \frac{|M_+| + |M_-|}{2M} =$ _____

(iv) Recombination correction (two-voltage method)

Polarizing voltages: V_1 (normal) = _____ V V_2 (reduced) = _____ V

Readings* at each V: M_1 = _____ M_2 = _____

Voltage ratio V_1 / V_2 = _____ Ratio of readings M_1 / M_2 = _____

Use Table 4.VII for a beam of type: ☐ pulsed ☐ pulsed-scanned

a_0 = _____ a_1 = _____ a_2 = _____

$$k_v = a_0 + a_1 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) + a_2 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^2 = \text{_____} \quad \text{Eq. 4}$$

Corrected dosimeter reading at the voltage V_1 :

$$M_Q = M_1 \cdot k_{TP} \cdot k_{ext} \cdot k_{pol} \cdot k_r = \text{_____} \quad \square \text{ nC MU}^{-1} \quad \square \text{ rdg MU}^{-1}$$

4. Absorbed dose to water at the reference depth, z_{ref}

Beam quality correction factor for user quality Q : $k_{Q, U_{ref}}$ = _____

taken from ☐ Table 6.III ☐ Other, specify: _____

$$D_{w, Q}(z_{ref}) = M_Q N_{D, w, Q} k_{Q, U_{ref}} = \text{_____ Gy MU}^{-1}$$

5. Absorbed dose to water at the depth of dose maximum, z_{max}

Depth of dose maximum: z_{max} = _____ g cm⁻²

(i) SSD set-up

Percentage depth-dose at z_{ref} for a 10 cm x 10 cm field size: $PDD(z_{ref})$ = _____ g cm⁻² = _____ %

Absorbed-dose calibration of monitor at z_{max} :

$$D_{w, Q}(z_{max}) = 100 D_{w, Q}(z_{ref}) / PDD(z_{ref}) = \text{_____ Gy MU}^{-1}$$

(ii) SAD set-up

TMR at z_{ref} for a 10 cm x 10 cm field size: $TMR(z_{ref})$ = _____ g cm⁻² = _____

Absorbed-dose calibration of monitor at z_{max} :

$$D_{w, Q}(z_{max}) = D_{w, Q}(z_{ref}) / TMR(z_{ref}) = \text{_____ Gy MU}^{-1}$$

* Note that if Q_U is ⁶⁰Co, N_{D, w, Q_U} is denoted by $N_{D, w}$.

* All readings should be checked for leakage and corrected if necessary.

* If the electrometer is not calibrated separately set $k_{ext} = 1$.

* M is the denominator of k_{pol} denotes reading at the user polarity. Preferably, each reading in the equation should be the average of the ratios of M (or M_1 or M_2) to the reading of an external monitor, M_{ext} .

It is assumed that the calibration laboratory has performed a polarity correction. Otherwise k_{pol} is determined according to

$$\text{rdg at } +V, \text{ for quality } Q_U: M_+ = \text{_____} \quad \text{rdg at } -V, \text{ for quality } Q_U: M_- = \text{_____}$$

$$k_{pol} = \frac{\left[\frac{M_+}{M_{ext}} \right] + \left[\frac{M_-}{M_{ext}} \right] \left[\frac{M_+}{M_-} \right]}{\left[\frac{M_+}{M_{ext}} \right] + \left[\frac{M_-}{M_{ext}} \right] \left[\frac{M_+}{M_-} \right]} = \text{_____}$$

* Strictly, readings should be corrected for polarity effect (average with both polarities). Preferably, each reading in the equation should be the average of the ratios of M_1 or M_2 to the reading of an external monitor, M_{ext} .

* It is assumed that the calibration laboratory has performed a recombination correction. Otherwise the factor $k_r = k_v / k_{v, Q_U}$ should be used instead of k_r . When Q_U is ⁶⁰Co, k_{v, Q_U} (or the calibration laboratory) will normally be close to unity and the effect of not using this equation will be negligible in most cases.

* Check that $k_r - 1 = \frac{M_1 / M_2 - 1}{V_1 / V_2 - 1}$

* Note that if Q_U is ⁶⁰Co, $k_{Q, U_{ref}}$ is denoted by $k_{Q, U}$ as given in Table 6.III.




TÜRKAK
TÜRK AKREDITASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
CEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ
Yenibosna Mah., Halkın Araştırma Merkezi, Yaka, No: 16, 34303, Kağıthane/İSTANBUL
Tel: +90 (212) 4732600 Faks: +90 (212) 4732634 www.tak.gov.tr, cramed@tak.gov.tr

SEKONDER STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI

24.01.2012 • 0424

Kalibrasyon Sertifikası
Calibration Certificate



Sayfa 2/3
Page 2 of 3

Makine/Cihaz :
Instrument/Device :

İmalatçı / Manufacturer :

Tip /Type :

Seri Numarası :
Serial Number :

Hassasiyet (N) :
Sensitivity :

İyon Odasının Atmosfere Açıklığı :
Air Venting of Ionization Chamber :

Cihazın Laboratuvara Kabul Tarihi / Date of Receipt of Device :

Prosedür/Procedures

Bu sertifikada, "IAEA TRS-398 Code of Practice" dokümanında tanımlanan yöntemle göre Suda Absorblanan Düz kalibrasyon faktörü (N_{90}) verilmektedir.

Absorbed Dose to Water calibration factor (N_{90}) is given according to the method described in the document of "IAEA TRS-398 Code of Practice".

Referans Dozimetre/Reference Dosimeter

Elektrometre /Electrometer : Wellhöfer Dosel, SN: 7967

İyon odası/Ionization chamber : PTW 30001, SN: 1418

Ölçüm Şartları/Masurement Conditions

Ölçüm Aralığı/Measuring Range Dose : Med 653 mGy/s Charge : Med 12,2 nA

Geometrik Şartlar/Geometrical Conditions

Fantom boyutu : 30x30x30 cm³

Phantom size

Kaynak fantom yüzeyi mesafesi : 95 cm

Source to phantom surface distance

Referans nokta : İyon odası merkezi

Reference point

İklimsel Şartlar/Climatic Conditions

Referans sıcaklık T_a : 20,0 °C

Reference temperature

Referans basınç P_a : 1013,25 mbar (760 mmHg)

Reference pressure

Referans bağıl nem : % 50 ± 20

Reference humidity

Sızma Testi / Leakage Test

0,0000 nC/dk.

Sıcaklık aralığı : 18,7 18,7

Range of temperature

Basınç aralığı : 1024,03 1024,03

Range of pressure

Bağıl nem (%) : 32 32

Rel. humidity

(Kalibrasyon doz veriminin % 0,1 değerinden düşüktür)

Bu sertifika, laboratuvarın yetki alanı dışında kullanıma kayıtlı değildir. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are invalid.




TÜRKAK
TÜRK AKKREDITASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
CEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ
Yarınburgaz Mah., Nükleer Araştırma Merkezi Yolu, No: 10, 34303, Kağıthane/İSTANBUL
Tel: +90 (212) 4732600 Faks: +90 (212) 4732634 www.taek.gov.tr, ctaem@taek.gov.tr

SEKONDER STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI

24.01.2012 * 0424

Kalibrasyon Sertifikası
Calibration Certificate



Sayfa 3/3
Page 3 of 3

Ölçüm Sonuçları Measurement Results

Suda Absorblanan Doz Kalibrasyon Faktörü Absorbed Dose to Water Calibration Factor

Radyasyon / Radiation	N_{DW} mGy/mGy	N_{DW} mGy/nC	$U^{(*)}$ %
Co-60	1,003	53,539	0,6

Radyasyon Doz Hızı : 389,550 mGy/dk.

Beam Dose Rate

Kalibrasyonda yer değiştirme metodu uygulanmıştır. Kalibrasyon faktörü N_{DW} , SSDL çalışma standardının atmosferik şartlara göre normalize edilen okuma değeri ("mGy"), müşteri dozimetresiyle alınan okumaların atmosferik şartlara göre normalize edilmiş okuma değerine (mGy veya nC) oranıdır. Referans standardın izlenebilirliği Physikalisch - Technische Bundesanstalt tarafından sağlanmaktadır. Su fantomundaki ölçümler su geçirmez aparat ile alınmıştır. Her iki dozimetre kalibrasyon öncesinde 5 Gy'lik ön ışılamaya tabi tutulmuştur.

Substitution method is used for the calibration. The calibration factor, N_{DW} is the ratio of the conventional true value of the quantity to be measured ("mGy") to the indication of the instrument to be tested (mGy or nC). Traceability of the reference standard was performed by Physikalisch - Technische Bundesanstalt (PTB) Germany. The measurements in the water phantom are taken by ionization chamber within waterproof sleeve. Referans and user dosimeters were pre-irradiated to 5 Gy.

Ölçüm Belirsizliği

Measurement Uncertainty

Kalibrasyon faktöründeki belirsizlikler, IAEA-TECDOC-1585 numaralı doküman ile "Guide to The Expression of Uncertainty in Measurement" dokümanları esas alınarak hesaplanmıştır.

The uncertainty of calibration factor is calculated according to "IAEA-TECDOC-1585" and "Guide to The Expression of Uncertainty in Measurement".

(*) Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve yaklaşık %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.



TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU
TURKISH ENERGY, NUCLEAR AND MINERAL RESEARCH AGENCY
NÜKLEER ENERJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
NUCLEAR ENERGY RESEARCH INSTITUTE
İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI
SECONDARY STANDARD DOSIMETRY LABORATORY
Yenibergaz Mah., Nükleer Araştırma Merkezi Yolu, No 19, 34050, Kocaeli/İSTANBUL
Tel: +90 (0)212 4732000 Faks: +90 (0)212 4732014 www.tenmak.gov.tr, info@tenmak.gov.tr



KALİBRASYON SERTİFİKASI
CALIBRATION CERTIFICATE

Sayfa 1/3
Page 1 of 3

Çihazın Sahibi/Adresi : SBÜ. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ
Customer / Address : A.D.
İşlik Numarası : C240266
Order No.
Makine/Çihaz : Tedavi Dozimetreli / Therapy Dosimeter
Instrument/Device : İyon Odası/Irradiation Chamber
İmalatçı : Elektrometre/Decimeter PTW UNIDOS webline
Manufacturer : PTW
Tip : T10022 TW30013
Type :
Seri Numarası : 365 7358
Serial Number :
Kalibrasyon Tarihi : 23.05.2024
Date of Calibration :
Sertifika Sayfa Sayısı : 3
Number of Page of the Certificate :

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgelemektedir.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0073-K dnyta numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Nuclear Energy Research Institute Secondary Standard Dosimetry Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-0073-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısımları takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the expanded uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

23.05.2024
Mühür
Yayınlandığı Tarih
Date
(Gün/Ay/Yıl)(Day/Month/Year)

Mahir KORKMAZ
Kalibrasyonu Yapan
Calibrated by

Eylem İker KEKEÇ
Onaylayan
Approval

Tarih/Date :
(Gün/Ay/Yıl)(Day/Month/Year)

23.05.2024


Bu sertifika, laboratuvarın kendi tüm cihazları ile ilgili olarak geçerlidir. Ancak, sertifikası ve laboratuvar sertifikası gerektiren diğer belgeler, kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilir. Kalibrasyon sertifikası, laboratuvarın kendi tüm cihazları ile ilgili olarak geçerlidir.



TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU
TURKISH ENERGY, NUCLEAR AND MINERAL RESEARCH AGENCY
NÜKLEER ENERJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
NUCLEAR ENERGY RESEARCH INSTITUTE
İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI
SECONDARY STANDARD DOSIMETRY LABORATORY

Yenibosna Mah., Nükleer Araştırma Merkezi Yolu, No:19, 34389, Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: +90 (212) 4722600 Faks: +90 (212) 4722634 www.tenmak.gov.tr, info@tenmak.gov.tr

KALİBRASYON SERTİFİKASI
CALIBRATION CERTIFICATE



Sayfa 3/3
Page 3 of 3

Ölçüm Sonuçları
Measurement Results

Suda Absorblanan Doz Kalibrasyon Katsayısı
Absorbed Dose in Water Calibration Coefficient

Radyasyon / Radiation	N_{90} mGy/nC	$U^{(*)}$ %
Cs-60	53,555	1,0

Radyasyon Doz Hızı : 209,972 mGy/s

Beam Dose Rate

Kalibrasyonda yer değiştirme metodu uygulanmıştır. Kalibrasyon katsayısı N_{90} , SSDL çalışma standardının atmosferik şartlara göre normalize edilen okuma değeri ("mGy")'ı, müyeni dozimetresiyle alınan okumaların atmosferik şartlara göre normalize edilmiş okuma değerine (mGy veya nC) oranıdır. Referans standardın izlenebilirliği Physikalisch-Technische Bundesanstalt tarafından sağlanmaktadır. Bu faktöründeki değişimler ve geçişler ayrıntılıdır. Her iki dozimetri kalibrasyon öncesinde 5 Gy'lık ön ışınlamaya tabi tutulmuştur.

Substantion method is used for the calibration. The calibration coefficient, N_{90} is the ratio of the conventional true value of the quantity to be measured ("mGy") to the indication of the instrument to be tested (nC or nC). Traceability of the reference standard was performed by Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Germany. The measurements in the water phantom are taken by ionization chamber within waterproof sleeve. Reference and user dosimeters were pre-irradiated to 5 Gy.

Ölçüm Belirsizliği

Measurement Uncertainty

Kalibrasyon katsayısındaki belirsizlikler, IAEA-TECDOC-1585 numaralı doküman ile "Guide to The Expression of Uncertainty in Measurement" dokümanları ile alınarak hesaplanmıştır.

The uncertainty of calibration coefficient is calculated according to "IAEA-TECDOC-1585" and "Guide to The Expression of Uncertainty in Measurement".


(*) Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğe, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpma sonucunda bulunan değerler ve yaklaşık %95 oranında güvenirlilik sağlanmaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

By analogy, laboratory can not extend the coverage probability. However, laboratory is responsible for the validity of the measurement.

This conclusion shall not be reproduced other than as full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature, seal and histogram are not valid.

Çalışma Yöntemi:



TRS 398

- Elektrometre :PTW , UNIDOS E
- İyon odası : PTW , TM30013

Suda soğurulan doz kalibrasyon faktörü

$$N_{DW} = 1,003 \text{ mGy/mGy}$$

$$N_{DW} = 53,539 \text{ mGy/nC}$$

TABLE 14. (cont.)

Victoreen	1.005	1.003	1.000	0.997	0.995	0.990	0.986	0.983	0.979	0.975	0.970	0.963	0.956	0.949	0.938
Radocon II 555															
Victoreen 30-348	1.004	1.003	1.000	0.998	0.996	0.992	0.989	0.986	0.982	0.978	0.973	0.966	0.959	0.951	0.940
Victoreen 30-351	1.004	1.002	1.000	0.998	0.996	0.992	0.989	0.986	0.983	0.979	0.974	0.967	0.960	0.952	0.941
Victoreen 30-349	1.003	1.002	1.000	0.998	0.996	0.992	0.989	0.986	0.983	0.980	0.976	0.969	0.962	0.954	0.942
Victoreen 30-361	1.004	1.003	1.000	0.998	0.996	0.992	0.989	0.986	0.983	0.979	0.974	0.967	0.960	0.953	0.942
Scdx-Wellhöfer IC 05	1.001	1.000	1.000	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.989	0.984	0.980	0.972	0.964	0.956	0.942
Scdx-Wellhöfer IC 06	1.001	1.000	1.000	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.989	0.984	0.980	0.972	0.964	0.956	0.942
Scdx-Wellhöfer IC 10	1.001	1.000	1.000	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.989	0.984	0.980	0.972	0.964	0.956	0.942
Scdx-Wellhöfer IC 15	1.001	1.000	1.000	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.989	0.984	0.980	0.972	0.964	0.956	0.942
Scdx-Wellhöfer IC 25	1.001	1.000	1.000	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.989	0.984	0.980	0.972	0.964	0.956	0.942
Scdx-Wellhöfer IC 28	1.001	1.000	1.000	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.989	0.985	0.980	0.973	0.965	0.956	0.943
Farmer shortened															
Scdx-Wellhöfer															
IC 69 Farmer	1.002	1.002	1.000	0.999	0.997	0.994	0.991	0.989	0.985	0.981	0.977	0.969	0.961	0.953	0.940
Scdx-Wellhöfer															
IC 70 Farmer	1.004	1.003	1.001	1.000	0.998	0.996	0.993	0.991	0.988	0.985	0.981	0.974	0.967	0.959	0.946

^a Some of the chambers listed in this table fail to meet some of the minimum requirements described in Section 4.2.1. However, they have been included because of their current clinical use.

TABLE 16. CALCULATED VALUES^a OF k_Q FOR HIGH ENERGY PHOTON BEAMS FOR VARIOUS CYLINDRICAL IONIZATION CHAMBERS AS A FUNCTION OF THE BEAM QUALITY INDEX $TPR_{20,10}$ (see Eq. (34)) (cont.)

Ionization chamber type	Beam quality index, $TPR_{20,10}$											
	0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82
PTW 30010 Farmer	1.0005	0.9989	0.9967	0.9938	0.9901	0.9869	0.9832	0.9787	0.9734	0.9671	0.9595	0.9506
PTW 30011 Farmer	1.0005	0.9989	0.9969	0.9942	0.9906	0.9875	0.9838	0.9793	0.9739	0.9674	0.9595	0.9501
PTW 30012 Farmer	1.0004	0.9990	0.9970	0.9944	0.9910	0.9881	0.9846	0.9804	0.9754	0.9694	0.9622	0.9536
PTW 30013 Farmer	1.0007	0.9984	0.9956	0.9920	0.9876	0.9840	0.9800	0.9753	0.9699	0.9636	0.9565	0.9484
PTW 31010 Semiflex	1.0008	0.9982	0.9952	0.9914	0.9869	0.9835	0.9795	0.9750	0.9700	0.9643	0.9579	0.9507
PTW 31013 Semiflex	1.0007	0.9985	0.9958	0.9924	0.9882	0.9848	0.9810	0.9765	0.9714	0.9655	0.9588	0.9511
PTW 31016 PinPoint 3D ^b	1.0006	0.9987	0.9962	0.9930	0.9888	0.9853	0.9812	0.9762	0.9703	0.9632	0.9549	0.9451

TABLE 16. CALCULATED VALUES^a OF k_Q FOR HIGH ENERGY PHOTON BEAMS FOR VARIOUS CYLINDRICAL IONIZATION CHAMBERS AS A FUNCTION OF THE BEAM QUALITY INDEX $TPR_{20,10}$ (see Eq. (34)) (cont.)

Ionization chamber type	Beam quality index, $TPR_{20,10}$											
	0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82
PTW 31021 Semiflex 3D ^b	1.0007	0.9984	0.9957	0.9925	0.9886	0.9856	0.9823	0.9786	0.9744	0.9697	0.9645	0.9587
PTW 31022 PinPoint 3D ^b	1.0005	0.9989	0.9968	0.9940	0.9905	0.9875	0.9840	0.9798	0.9749	0.9690	0.9621	0.9540
Sun Nuclear SNC125c	1.0005	0.9991	0.9971	0.9944	0.9908	0.9878	0.9840	0.9794	0.9739	0.9671	0.9590	0.9492
Sun Nuclear SNC600c Farmer	1.0004	0.9993	0.9978	0.9957	0.9926	0.9899	0.9866	0.9823	0.9770	0.9703	0.9620	0.9517

^a Values are given to four decimal places to permit smooth interpolation of the data. This does not imply uncertainties of this order.

^b Although the sensitive volume of the chamber is smaller than the recommendations given in Section 4.2.1, the chamber is included here because it is advantageous for dose measurements in FFF beams.

TABLE 4. CHARACTERISTICS OF CYLINDRICAL CHAMBER TYPES (as stated by manufacturers)

Ionization chamber type	Cavity volume (cm ³)	Cavity length (mm)	Cavity radius (mm)	Wall material	Wall thickness (g/cm ²)	Central electrode material	Waterproof
NE 2571	0.69	24.1	3.2	Graphite	0.065	Aluminium	No
PTW 30010	0.6	23.0	3.1	PMMA/graphite	0.057	Aluminium	No
PTW 30012	0.6	23.0	3.1	Graphite	0.079	Aluminium	No
PTW 30013	0.6	23.0	3.1	PMMA/graphite	0.057	Aluminium	Yes
PTW 31010 ^a	0.13	6.5	2.8	PMMA/graphite	0.078	Aluminium	Yes
PTW 31013	0.3	16.3	2.8	PMMA/graphite	0.078	Aluminium	Yes
PTW 31021	0.07	4.8	2.4	PMMA/graphite	0.084	Aluminium	Yes
IBA CC13	0.13	5.8	3.0	C552	0.070	C552	Yes
IBA FC65-G	0.65	23.0	3.1	Graphite	0.073	Aluminium	Yes
IBA FC65-P	0.65	23.0	3.1	POM	0.057	Aluminium	Yes
Exradin A12	0.64	n.a. ^b	3.1	C-552	0.088	C-552	Yes
Exradin A19	0.62	n.a. ^b	3.1	C-552	0.088	C-552	Yes

^a Although PTW 31010 does not meet the reference class specification, as demonstrated in Ref. [98], it is included here as an option for flattening filter free beams, where a shorter thimble is potentially advantageous. Use of this chamber type requires additional characterization and may result in a larger overall uncertainty in the determination of absorbed dose to water.


^b n.a.: not applicable. Manufacturer data state 21.6 mm for the electrode length, and 26.5 mm (A12) and 26.2 mm (A19) for a so called 'spot size', defined as the smallest circle that inscribes the collecting volume and shell.

TABLE 17. ESTIMATED RELATIVE STANDARD UNCERTAINTY^a OF $D_{w,Q}$ AT THE REFERENCE DEPTH IN WATER AND FOR A HIGH ENERGY PHOTON BEAM, BASED ON A CHAMBER CALIBRATION IN ^{60}Co GAMMA RADIATION

Physical quantity or procedure	Relative standard uncertainty (%)
Step 1: standards laboratory ^b	
$N_{D,w}$ calibration of secondary standard at PSDL	0.5
Long term stability of secondary standard	0.1
$N_{D,w}$ calibration of the user dosimeter at the standards laboratory	0.4
Combined uncertainty of step 1	0.6
Step 2: user's high energy photon beam	
Long term stability of user dosimeter	0.2
Establishment of reference conditions	0.3
Dosimeter reading M_Q relative to beam monitor	0.3 ^c
Correction for influence quantities k_i	0.3
Beam quality factor, k_Q [100]	0.6 ^d
Combined uncertainty of step 2	0.8
Combined standard uncertainty of $D_{w,Q}$ (steps 1 and 2)	1.0

TABLE 13. ESTIMATED RELATIVE STANDARD UNCERTAINTY^a OF D_w AT THE REFERENCE DEPTH IN WATER FOR A ^{60}Co BEAM

Physical quantity or procedure	Relative standard uncertainty (%)
Step 1: standards laboratory ^b	
$N_{D,w}$ calibration of secondary standard at PSDL	0.5
Long term stability of secondary standard	0.1
$N_{D,w}$ calibration of the user dosimeter at the standards laboratory	0.4
Combined uncertainty of step 1	0.6
Step 2: user ^{60}Co beam	
Long term stability of user dosimeter	0.2
Establishment of reference conditions	0.3
Dosimeter reading M_Q relative to timer or beam monitor	0.1
Correction for influence quantities k_i	0.3
Combined uncertainty of step 2	0.5
Combined standard uncertainty of D_w (steps 1 and 2)	0.8



Foton Dozimetrisi TRS 398

Z_{ref} derinliğinde Q demet kalitesinde bir foton demeti için iyon odası yokluğunda **suda soğurulan doz**;

$$D_{w,Q} = M_Q N_{D,w,Q_0} k_{Q,Q_0}$$


M_Q : Sıcaklık ve basınç; elektrometre kalibrasyonu; polarite etkisi ve iyon tekrar birleşme etkileri için düzeltilmiş dozimetre okuması

N_{D,w,Q_0} : Referans kalite Q_0 da dozimetre için suda soğurulan doz kalibrasyon faktörüdür.

k_{Q,Q_0} : İyon odasına özel faktördür. Referans demet kalitesi Q_0 ve gerçek demet kalitesi Q arasındaki farkları düzeltir.

Tablo 21. Bazı plastikler için c_{pl} derinlik dönüştürme faktörü, h_{pl} akı dönüştürme faktörü, nominal yoğunluklar


Plastik fantom	C_{pl}	h_{pl}	ρ_{pl} (g / cm ³)
Katı su (WT1)	0.949	1.011	1.020
Katı su (RM1-457)	0.949	1.008	1.030
Plastik su	0.982	0.998	1.013
Sanal su	0.946	-	1.030
PMMA	0.941	1.009	1.190
Şeffaf polistren	0.922	1.026	1.060
Beyaz polistren	0.922	1.026	1.060
A-150	0.922	1.026	1.060



Düzeltilme faktörleri

$$k_{Tp} = \frac{(273.2 + T)}{(273.2 + T_0)} \cdot \frac{P_0}{P}$$

Sıcaklık-basınç



Düzeltilme faktörleri

- Polarite düzeltmesi

$$I_{M+1} + I_{M-1}$$

- $K_{pol} = \frac{I_{M+1} + I_{M-1}}{2M}$

Tekrar birleşme düzeltmesi (İki voltaj yöntemi)


$$k_s = a_0 + a_1(M_1/M_2) + (M_1/M_2)^2$$

$$k_{vol} = 1 + (0.0062 \text{ TPR}_{20,10} - 0.0036) \times \left(\frac{100}{\text{SDD}} \right)^2 \times L^2$$

L: Kavite uzunluğu

SDD: Kaynak dedektör mesafesi

Tablo II'de hacim ortalama düzeltme faktörleri farklı kavite uzunlukları için SDD = ~~100~~ cm için hesaplanmıştır.



Suda Soğurulan Doz

- $D_{w,Q(\text{ref})} = M_Q N_{D,w,Q_0} k_{Q,Q_0} \text{ Gy/MU}$
- $D_{w,Q}(Z_{\text{max}}) = 100 D_{w,Q}(Z_{\text{ref}}) / \text{PDD}(z_{\text{ref}})$



Water Measurement

Configuration:

Radiation Device

infinity

Servo


blue

Detector

cc13

Geometry

Gantry Angle: 0°
Collimator Angle: 0°



Edit...

Mode

Continuous

Close

Cancel

Control Panel...

Help



Measurement Queue: Queue not saved

Depth/Profile...**Fanline...****Point to Point...****TMR...****Isodose...**

Operator:

New

New RTPS...

Setup Comment:

Open...

Open RTPS...

Save

Save As...

Scans:

Field size; Energy; Wedge; Applicator; SSD; Scan group; Start-stop (De,In,Cr);


Move


Info/Sort...

☐ **Auto sort**

Options >>

Start

Selected

All



Scanditronix / Wellhöfer OmniPro-Accept

File View Measure Equipment Options Help

Water Measurement

Define Water Depth Scan

Radiation Device:

Energy:

Photon, 6 MV

Wedge:

None

Applicator:

None

Field Size at SAD:

10

x

10

cm

☐ Asymmetric

SSD:

100

cm

Source Axis Distance:

100

cm

Scan Definition:

Depth



Profile



Change Direction

Add

Undo Add

Multi Profile

☐ Show message



Depth:

From:

31

To:

-0.05

cm

Inline Offset:

0

cm

Crossline Offset:

0

cm



Single Parameter Set:

gata

Edit...

New...

Delete

Save

Point Spacing: 0.07

cm


Scan Speed: High

Close

Cancel

Help

Queue Progress Graphics:



Info Line:

Nr Of Scans In Queue: 3

For Help, press F1

Başlat


Scanditronix / Wellhö...

adsız - Paint


TR

NUM

11:27 PM



For Help, press F1



For Help, press F1

Scanditronix / Wellhöfer OmniPro-Accept - [6MV10x10inline-crosline]

File Edit View Measure Tools Equipment Options Window Help



6 MV 10 x 10 cm 0° 2006-02-12 16:15

Machine Groups: infinity, Photon, 6 MV, Open

View Targetfiles

Targetfile Groups: All

Convert All In Group

Convert Selected

infinity



6 MV Photon

10 cm

0 cm

gata

Quantity: Dose
Symmetry: 1.5 %
Flatness: 2.1 %
Penumbra: 0.72: 0.71 cm
Field Width: 11.10 cm
Centre: -0.17 cm



For Help, press F1

NUM


Başlat

Scanditronix / Wellhö...


adsız - Paint

TR

11:28 PM




For Help, press F1



PROFİL DÜZGÜNLÜĞÜNÜN (Flatness) VE SİMETRİSİNİN KONTROLÜ: (Tolerans $\pm$ %3)

Kullanılan 30x30 cm²'lik alan ve 10 x 10 cm²' lik alan için ayrı ayrı 10cm derinlikte GT(inplane) ve AB(crossplane) yönlerinde elde edilecek profil düzgünlük (Flatness) ve simetri açısından değerlendirilir.

PROFİL DÜZGÜNLÜĞÜ (Flatness)


$$F = \frac{M-m}{M+m} \times 100 \%$$

AAPM Task Grup 40 'a göre;
Alan genişliğinin (% 50 deki genişlik)
M, % 80'ndeki maksimum doz
m, % 80'ndeki minimum dozdur.

A photograph of a winter landscape. The scene is filled with snow-covered evergreen trees. A bright sunburst is visible in the upper right, casting a warm glow and long shadows across the snow-covered ground. The text "Teşekkür Ederim" is overlaid in the center.

Teşekkür Ederim